

WYJAŚNIENIA Z DNIA 28.10.2022 R.

W postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach:

1. Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania
2. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta
3. Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
4. Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości od 10 do 1000 m³ w zależności od wybranej procedury dezynfekcji
5. Stosowany środek dezynfekcyjny oparty na 6 % i 12 % nadtlenu wodoru + kationy srebra oraz 7,9% nadtlenek wodoru + kwas askorbinowy
6. Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek o wielkości do 5 μm
7. Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%
8. Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s
9. Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie
10. Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
11. Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi
12. Dedykowane preparaty przebadane z urządzeniem zgodnie z normą EN 17-272, w celu potwierdzenia wymaganego działania w zakresie: bakterii, wirusów, grzybów, spor w dawce max. 5ml/m³
13. Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji, z możliwością opisanie operatora, nazwy pomieszczenia, nazwy preparatu i opisu sytuacji dezynfekowanego pomieszczenia
14. Na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania

Odpowiedź

Przedmiot wniosku nie dotyczy udzielenia wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego. Wykonawca wnioskuje o dokonanie oceny oferty przez Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zamawiający uznaje to za próbę indywidualnych negocjacji poza procedurą prowadzonego postępowania.

Moszna, dnia 28.10.2022 r.